

Отбор проб произведен заказчиком

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 313-16вп
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**

от 05.12.16

Экспедиция, партия, отряд* ООО "Воронежгеология"

Место взятия пробы* 2 Орловская обл., п. Хомутово

Дата отбора* 14.11.16

Дата поступления 14.11.16

Дата проведения анализа 14.11.16

Средства измерения: Спектрофотометр КФК-ЗКМ, зав. № ЗКМ 10018, св-во о пов. №13/8797 до 06.11.17
Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ Z. ЭТА-1 зав. №563, св-во о пов. №13/8794 до 06.11.17

Анализ выполнили: Химик Герман Е.А.
Химик Любезнова С.В.

Заказчик: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251

Результаты испытаний пробы питьевой воды

№ п/п	Показатели	Концентрация, мг/дм ³	Погрешность P=0,95	ПДК, мг/дм ³	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
1	Фториды	0,230	0,029	1,5	ГОСТ 4386-89
2	Полифосфаты	0,094	0,032	3,5	ГОСТ 18309-14
3	Барий	0,068	0,017	0,1	ГОСТ 51309-99


* Сведения представлены заказчиком

Представленная заказчиком проба объемом

Используемые средства измерения соответствуют форме 4 Паспорта.

Результаты анализа распространяются только на пробу, доставленную заказчиком

Руководитель ЛАС



Масленников И.И.

Копирование протокола без согласия ЛАС не допускается